

Uit SRI richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces

Publicatiedatum: SRI · 21 februari 2024

Pospoeler

- Schaf een pospoeler aan die voldoet aan de volgende eisen (schriftelijk vastgelegd door fabrikant):
 - norm NEN-EN-ISO 15883-3;
 - een terugstroombeveiliging die voldoet aan [Waterwerkblad-3.8 / Aansluiting en beveiliging van \(gevaarlijke\) toestellen](#);
 - automatisch de po, urinaal en/of maatbeker automatisch leegt.
- Zorg dat de pospoeler voldoet aan de gestelde [technische eisen](#).
- Plaats bij voorkeur per etage een pospoeler; dit voorkomt lange looproutes met urine en feces.
- Richt de (spoel)ruimte zo in dat schone po's en urinalen goed gescheiden van de vuile worden opgeslagen.
- Schaf bij voorkeur een pospoeler aan met handsfree bediening.
- Documenteer routinematig onderhoud van de pospoeler door:
 - een goed zichtbare sticker op de pospoeler met daarop de data waarop onderhoud/werkzaamheden zijn uitgevoerd óf de datum van het eerstvolgend onderhoud;
 - het bijhouden van een logboek;
 - het (laten) uitvoeren van periodiek onderhoud volgens de termijnen en de voorschriften van de fabrikant.
- De fabrikant van de pospoeler:
 - stelt een beladingsvoorschrift op, waarin de diverse beladingsmogelijkheden en benodigde inzetrekken duidelijk zijn beschreven;
 - levert een instructiekaart voor het beladingsvoorschrift;
 - vermeldt duidelijk of en zo ja, op welk reinigingsmiddel de programmatuur is ingesteld. Dit houdt in de te gebruiken dosering, de contacttijd en de specificaties van het middel (inclusief veiligheidsmaatregelen);
 - vermeldt in het bedieningsvoorschrift of het aanzuigstelsel (zuigbuis en doseerpomp) bij vervanging van de containers gereinigd moet worden;
 - geeft de gebruiker een voorschrift over de gewenste waterkwaliteit en het al dan niet toevoegen van een waterontharder.
- Voer onderhoud uit aan de pospoeler aan de hand van een door de fabrikant vastgesteld protocol.