

Uit SRI richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces

Publicatiedatum SRI- 21 februari 2024

Vermaler

- Ga voorafgaand aan de aanschaf van een vermaler na of een omgevingsvergunning voor het milieu nodig is binnen uw gemeente.
- Voer een (uitgebreide) risico-inventarisatie uit, inclusief een inspectie van het riool. Raadpleeg de technische dienst voor het juist duiden en interpreteren van de technische eisen voorafgaand aan de aanschaf en installatie van de vermaler.
- Onderzoek voor ingebruikname de status en mate van doorgang van het riool alvorens het riool wordt blootgesteld aan de afvalstroom via de vermaler. Voer indien mogelijk een test uit.
- Plaats bij voorkeur per etage een vermaler; dit voorkomt lange looproutes met urine en feces.
- Schaf bij voorkeur een vermaler aan met handsfreebediening.
- Volg de voorschriften van de fabrikant voor de termijn van periodiek onderhoud.
- Sla schone wegwerppo's/urinalen/ondersteuners op een schone, droge, stofvrije plek op.
- Beschrijf in de procedure hoe te handelen bij verstopping van de vermaler.
- Voorkom, ook tijdens storingen en onderhoud, uitwisseling van apparaten tussen afdelingen en instellingen.
- Documenteer routinematig onderhoud van de vermaler door:
 - een goed zichtbare sticker op de vermaler met daarop de data waarop onderhoud/werkzaamheden zijn uitgevoerd óf de datum van het eerstvolgend onderhoud;
 - het bijhouden van een logboek;
 - het (laten) uitvoeren van periodiek onderhoud volgens de termijnen en de voorschriften van de fabrikant.
- De fabrikant van de vermaler:
 - levert gegevens aan waaruit blijkt dat de vermaler voldoet aan [waterwerkblad 8.3 /Kiwa Veiligheidscertificaat voor Waterleidingtechnische Veiligheidsaspecten](#).
 - vermeldt duidelijk het aantal wegwerppo's, -urinalen en ondersteuners dat per keer verwerkt kan worden;
 - vermeldt duidelijk de duur van het vermaalproces;
 - geeft informatie over de reiniging van de vermaler en (eventueel) gebruik van andere middelen (bijvoorbeeld tegen geur).